

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

1. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ

Ουροσυλλέκτες των 2000 cc κλειστού κυκλώματος, αποστειρωμένοι, με βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχόμενου του σάκου προς την ουροδόχο κύστη, με τυπωμένη διαβάθμιση ανά 100 ml, με κάνουλα εκκένωσης σε σχήμα σταυρού, με κλιπ διακοπής παροχής ούρων, με εύκαμπτο σωλήνα >95 cm, μεγάλης διαμέτρου, ανθεκτικού στη κάμψη (να μην τσακίζει), που καταλήγει σε κλιμακωτό ακροφύσιο, και οπές για προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας.

2. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΥΡΩΝ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ

Ουροσυλλέκτες των 2000 cc κλειστού κυκλώματος, αποστειρωμένοι, με βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχόμενου του σάκου προς την ουροδόχο κύστη, με τυπωμένη διαβάθμιση και από τις δύο πλευρές ανά 100 ml, με κάνουλα εκκένωσης σε σχήμα σταυρού, με κλιπ διακοπής παροχής ούρων, με εύκαμπτο σωλήνα >100 cm, ευρέως αυλού, ανθεκτικού στη κάμψη (να μην τσακίζει), που απολήγει σε κλιμακωτό ακροφύσιο. Να διαθέτει οπωσδήποτε σημείο παρακέντησης για λήψη δειγμάτων ούρων με σύριγγα και όχι με βελόνη.